

# パルスオキシメータ装着方法

1

寝る前に、パルスオキシメータを利き手と反対の手首に取り付けます。マジックテープは強く締めすぎないでください。

※手指、機器を消毒される場合は付属の消毒綿をお使いください。

消毒綿



2

きつくない指（小指でも検査できます）にプローブ（本体から出ている部品）を取り付けます。

※指のマークがついている方を爪側に取り付けてください。

※爪の付け根にセンサー部があたるように装着してください【図①】




サックタイプ

巻くタイプ

はさむタイプ

【図①】




○ 良い装着位置

× 指の挿入が浅すぎます


× 指の挿入が深すぎです  
(測定できないことがあります)

3


プローブの外れを防ぐために、ケーブルを粘着テープ・絆創膏などで固定します。



サックタイプ



巻くタイプ



はさむタイプ

※赤色部分を固定してください。  
※ずれたり、外れたりすると、再検査の対象になりますのでお気をつけください。

4

① 電源スイッチ（水色）を表示が出るまで長押ししてください。



※左側のレベルメーターが脈拍にあわせて上下していることを確認してください。動いてないようなら、電源スイッチを切り、プローブを付け直してみてください。

※ ○内の数値が95以上に表示されていることを確認してください。

※途中で起きたり、はずれたりしても、電源は切らないでください。

※判定には最低4時間以上の連続したデータが必要です。

**それでは測定開始です**

5

朝起きたら、電源スイッチを長押しして電源を切ってください。**測定終了です。**  
パルスオキシメータを指や腕から外し、ケースに入れてください。

6

「睡眠に関するアンケート」を記入してください。

※機器番号、順番（1台で複数人検査した場合）、検査した日時は必ず記入してください。  
記入がないと再検査となります。

7

アンケートとパルスオキシメータを返却してください。

おつかれさまでした！！

